

福建省医学科学研究院专用仪器设备自行采购项目竞价公告

一、项目信息

项目名称：超低温冰箱等专用仪器设备采购项目

项目编号：YKY-ZXCGXM-2025-ZA001

二、采购清单

序号	产品名称	型号	技术参数及配置要求	数量	预算单价 (万元)
1	超低温冰箱	/	有效容积大于 500L；外箱尺寸宽或者深不超过 800mm；样本容量：2mL 样本存放量不少于 35000 支；隔热层需要硬脂发泡聚氨酯+真空绝热板，发泡层厚度不大于 70mm；需提供国家级真空绝热板检测报告；标配膨胀罐；温度数字显示，调节单位为 0.1℃，箱内温度-40-86℃可调，需适合 10 ⁻ 30℃环境使用；需配置多种故障报警。	1	5.0
2	20X 相差物镜	LUCPLFLN20XPH	匹配原进口奥林巴斯显微镜	1	1.9
3	带通紫外激发滤色块	B-FUNA	匹配原进口奥林巴斯显微镜	1	1.6
4	CY3 荧光激发块	B-CY3/TRITC, B2-CY3/TRITC	匹配原进口奥林巴斯显微镜	2	1.6
5	实验用桌	/	304 不锈钢材质；长 80cm，宽 48cm，高 86cm；三层；静音轮	1	0.1

三、报价方式

网上报价平台地址：锐竞科研采购平台（<https://www.rjmart.cn>）

报价轮次：单轮（一次性报价）

网上报价时间：2025 年 5 月 7 日-2025 年 5 月 21 日

报价要求：

1. 报价应包含运输、安装、调试、验收、技术培训、税金、利润以及质保期内的免费维护及各种风险等费用。
2. 供应商必须有提供现货的能力，并确保提供货物为正品行货。

四、供应商资格要求

1. 须为锐竞科研采购平台有效注册的供应商且通过资格审查。
2. 满足此公告交货时间、交货地点、及其他所有条款要求。
3. 提供上门安装服务，售后服务，维修保障等服务。

五、成交原则

采购单位根据符合采购要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如果出现两个以上相同最低报价的，则报价时间先者为成交供应商。

六、签约时间要求

成交后 10 个工作日内。

七、交付要求

交付时间要求：签约后 1 个月内

交付地点要求：福建省医学科学研究院

八、联系方式

联系地址：福建省医学科学研究院 11 楼事业发展科

联系电话：0591-87517435

福建省医学科学研究院

2025 年 5 月 6 日